



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.93289/2210

Настоящее удостоверение выдано

ЗАО РЕМЕЗА УНП:400046213, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

Станции компрессорные типа МВК, ТУ ВУ 400046213.021 - 2007 изм."З": станции компрессорные МВК10-10-1(2); см. приложение, всего номеров регистрации - 4

Тип:

медицинская техника

Производитель:

ЗАО РЕМЕЗА УНП:400046213, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 247672, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Александра Пушкина, 65

Производственная площадка:

ЗАО РЕМЕЗА, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 247672, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Пушкина, 65

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

В соответствии с руководством по эксплуатации

Регистрационный номер:

Мт-7.3803/7.014-2205

Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинской техники.

Дата государственной регистрации:

14.10.2022 г.


Заместитель Министра

Действительно до:
бессрочно



Б. Н. Андросюк

Куприянова ТВ



№ 0035209

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ № ИМ-7.93289/2210

Всего наименований:

4

Страница: 2

Страниц: 2

Изготовитель: ЗАО РЕМЕЗА УНП:400046213, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
1	Мт-7.3803/7.014-2205	Станции компрессорные типа MBK, ТУ BY 400046213.021 - 2007 изм."3": станции компрессорные MBK10-10-1(2) в составе: - установка компрессорная BK5EM-10-500Д – 2 шт.; - ресивер P500.11.10 – 2 шт.; - осушитель воздуха (температура точки росы 3 °С) – 2 шт.; - фильтры: степень очистки 1 мкм – 2 шт.; 0,01 мкм – 2 шт.; - фильтр угольный: степень очистки 0,005 мкм – 2 шт.; - фильтр стерилизующий – 2 шт.
2	Мт-7.3803/7.015-2205	Станции компрессорные типа MBK, ТУ BY 400046213.021 - 2007 изм."3": станции компрессорные MBK15-10-1(2) в составе: - установка компрессорная BK7EM-10-500Д – 2 шт.; - ресивер P500.11.10 – 2 шт.; - осушитель воздуха (температура точки росы 3 °С) – 2 шт.; - фильтры: степень очистки 1 мкм – 2 шт.; 0,01 мкм – 2 шт.; - фильтр угольный: степень очистки 0,005 мкм – 2 шт.; - фильтр стерилизующий – 2 шт.
3	Мт-7.3803/7.016-2205	Станции компрессорные типа MBK, ТУ BY 400046213.021 - 2007 изм."3": станции компрессорные MBK20-10-1(2) в составе: - установка компрессорная BK10EM-10-500Д – 2 шт.; - ресивер P500.11.10 – 2 шт.; - осушитель воздуха (температура точки росы 3 °С) – 2 шт.; - фильтры: степень очистки 1 мкм – 2 шт.; 0,01 мкм – 2 шт.; - фильтр угольный: степень очистки 0,005 мкм – 2 шт.; - фильтр стерилизующий – 2 шт.
4	Мт-7.3803/7.017-2205	Станции компрессорные типа MBK, ТУ BY 400046213.021 - 2007 изм."3": станции компрессорные MBK30-10-1(2) в составе: - установка компрессорная BK15EM-10-500Д – 2 шт.; - ресивер P500.11.10 – 2 шт.; - осушитель воздуха (температура точки росы 3 °С) – 2 шт.; - фильтры: степень очистки 1 мкм – 2 шт.; 0,01 мкм – 2 шт.; - фильтр угольный: степень очистки 0,005 мкм – 2 шт.; - фильтр стерилизующий – 2 шт.

Всего наименований: 4

Заместитель Министра



Б. Н. Андросюк